MONITORIZAÇÃO DA ESTERILIZAÇÃO
em autoclaves



HORIZONTAL

7. Qual a frequência mínima exigida para a realização de testes com indicadores biológicos em consultórios odontológicos?
9. Embora os indicadores químicos Classe 5 SteamPlus tenham ótima confiabilidade a monitorização com indicadores biológicos é ...

VERTICAL

1. Quando ocorre mudança de cor no indicador químico Classe 1, podemos afirmar que o pacote foi ...
2. Qual a cor esperada para ampola teste (SporTest) após 24 horas de incubação?
3. O indicador SIL-250, é do tipo Classe 4, multiparamétrico e verifica os parâmetros críticos da esterilização: temperatura, tempo e presença de ...
4. O desempenho do indicador Classe 5 SteamPlus é equivalente a que tipo de indicador?
5. Qual a cor esperada para ampola controle (SporTest) após 24 horas de incubação?
6. Os indicadores químicos são divididos em ...
8. A ampola teste e controle além de serem do mesmo fabricante devem também ser do mesmo ...

BLOG BIOSSEGURANÇA

www.cristofoli.com/biosseguranca

Liliana Junqueira de P. Donatelli liliana@cristofoli.com