

**ANVISA**

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

**Agência Nacional de Vigilância Sanitária****Gerência-Geral de Tecnologia em Produtos para Saúde**

SEPN Q. 515, Bloco B, Ed. Omega - 2º andar - Brasília - DF - 70770 - 502

www.anvisa.gov.br

Destinatário: **Cristófoli Equipamentos de Biossegurança**A/C: **Douglas Barrankievicz**Nº do fax de destino: (44) 3518-3448Data: 14/07/2008Remetente: GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOSTel. p/ contato: (61) 3448-1032Fax: (61) 3448-1058Correio eletrônico: tecnologia.produtos@anvisa.gov.brNº de páginas: esta + 0Nº do documento: 272/2008

Observações: _____

Em resposta ao vosso e-mail enviado em 08/07/2008 informamos que, o produto Seladora Cristófoli, modelos: PFS-200(SC2) e PFS-300(SC3), não destinado a selar tubos de PVC/Bolsas de Sangue, não é considerado produto para saúde. Portanto não necessitam de qualquer autorização desta Agência para sua importação, fabricação, exposição à venda ou entrega ao consumo.

Atenciosamente,

Juliano Accioly Tesser

Stepo 1568508

Juliano Accioly Tesser

Gerência de Tecnologia em Equipamentos

Márcio Luiz Varani

Gerente de Tecnologia em Equipamentos

GQUIP/GGTPS/ANVISA